Version du 16 avril 2020 - 19h30

Entreprise	Contact commercial	Ville	Département	Région	Volume de production par semaine (début avril)	Montée en cadence possible (par semaine à fin avril)	Matériau 1							Matériau 2							Matériau 3							Matériau 4							Matériau 5							Matériau 6							Matériau 7						
							Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage	
										Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm
Ai Blais	Service ADV – Taous AKIF masques@aiblais.com	Saint Etienne	42	Auvergne-Rhône-Alpes	38 700	100 000	modèle n°1	MED-1175	En cours de test	215	98,1	Non testé	Non testé																																													
Bayart Vanoutryve TAL (BV TAL)	Frédéric Papillon Irène Monin 04 77 69 30 60 imonin@tadl.fr	Charlieu	42	Auvergne-Rhône-Alpes	30 000	70 000	masque	MED-1332	En cours de test	182	94	Non testé	Non testé	masque	MED-1263	En cours de test	489	87	Non testé	Non testé	Masque – 3 couches 100% polyester + membrane alvéolée	MED-1056	En cours de test	455	85,4	Non testé	Non testé																															
Boldoduc	Jean-Charles Potelle - assistante-direction@boldoduc.fr - 04 78 80 00 16	Dardilly	69	Auvergne-Rhône-Alpes	125 000	450 000	Bold'R Max (matériau V2)	MED-1248	Lavable au moins 20 fois*	264	98	101	93	Bold'R (matériau V1)	MED-1248	Lavable au moins 20 fois*	276	78,4	191	87																																					
Bonnefoy Creations	Chloé Bonnefoy contact@maison-bonnefoy.com 04 71 66 07 34	Les Villettes	43	Auvergne-Rhône-Alpes	5 000	5 000	Masque tri couche. Face interne et externe en tricot blanc, insert type polaire marron.	MED-1215	En cours de test	171	100	Non testé	Non testé																																													
Chamatex (Groupe Chamatex / Chamatex / Pierre Rocle)	Navarro Sandrine - 06 63 95 85 09 - snavarro@chamatex.fr & Plouzennec Laurent - 06 07 34 41 51 - laurent.plouzennec@rocle.net	Ardoix/Tarare	07 et 09	Auvergne-Rhône-Alpes	30 000	100 000	Coupon tissus blanc	MED-1047	En cours de test	135	88,6	Non testé	Non testé	A1	MED-1047	En cours de test	135	88,6	Non testé	Non testé	C1	MED-1185	En cours de test	217	77	Non testé	Non testé																															
Connecting Resilience	Alain Maurice 04 75 21 49 11 alain@connectingresilience.com	Die	26	Auvergne-Rhône-Alpes	400	4 000	Masque antivirus lavable réutilisable - catégorie 1 / bicouche vert clair	MED-1199	En cours de test	135	93	Non testé	Non testé																																													
D'Ennery Confection	contact@dennery.info - 04 71 03 03 56	Saint Germain Laprade	43	Auvergne-Rhône-Alpes	1 500	2 000	Masque bicouche face externe marron face interne blanche	MED-1157	En cours de test	117	90,7	Non testé	Non testé																																													
Deveaux SAS	solidarite@deveaux.com	Saint Vincent de Reins	69	Auvergne-Rhône-Alpes	300 000	350 000	masque	MED-1254	En cours de test	909	72	Non testé	Non testé																																													
Diatex	Jean-Philippe Gaudiau 04 81 07 24 80 jpgaudiau@diatex.com	Saint Genis Laval	69	Auvergne-Rhône-Alpes	10 000	50 000	AXMASQUEPROCLYHTD	MED-1233	En cours de test	153	96	Non testé	Non testé	AXMASQUEPROCLCHB	MED-1233	En cours de test	119	97	Non testé	Non testé																																							
Filtration SA (matière Subrenat)	04 72 49 89 25 masque@filtrationsa.com	Ternay	69	Auvergne-Rhône-Alpes	50 000	200 000	(A) S2020.137 (Subrenat)	MED-1126	En cours de test	158	99,7	Non testé	Non testé	(E) = S2020-141 (Subrenat)	MED-1126	En cours de test	459	99,6	Non testé	Non testé																																							
Groupe Lépine	Rodolphe Pfaller 06 21 06 36 86 r.pfaller@groupe-lepine.com	Genay	69	Auvergne-Rhône-Alpes	5 000	12 500	LMX002	MED-1292	En cours de test	104	73	Non testé	Non testé																																													
Hentex	catherine.rollet@hentex.fr	Riorges	42	Auvergne-Rhône-Alpes	80 000	350 000	B000D5265	MED-1251	En cours de test	324	99,2	Non testé	Non testé	B001D5266	MED-1251	En cours de test	135	96,3	Non testé	Non testé																																							
Jean Ruiz	info@jean-ruiz.fr 04 77 68 22 11	Roanne	42	Auvergne-Rhône-Alpes	2 500	15 000	Masque maille blanc	MED-1033	Lavable au moins 5 fois*	646	70,5	1330	80																																													
La Plastose	laplastose@francetulle.com - 04 78 84 90 12	Lyon	69	Auvergne-Rhône-Alpes	1 200	2 500	polyester et feutrine acrylique	MED-1133	En cours de test	860	95,6	Non testé	Non testé																																														
Opmatis	info@opmatis.com	Les Olmes	69	Auvergne-Rhône-Alpes	5 000	5 000	Masque chirurgical lien marron	MED-1183	En cours de test	449	97	Non testé	Non testé																																														
Porcher industries	Marc CUSSET Marc.Cusset@porcher-ind.com 06 35 86 70 65	La Tour du Pin	38	Auvergne-Rhône-Alpes	-	250 000	PE référence 8115	MED-1319	En cours de test	145	88	Non testé	Non testé	A : STD+#8+STD	MED-1394	En cours de test	115	97	Non testé	Non testé	16519	MED-1436	En cours de test	139	97	Non testé	Non testé																															
Sigvaris	https://www.sigvaris.group/fr-fr/ 03 89 70 24 24 (service clientèle - commande)	Saint-Just-Saint-Rambert	42	Auvergne-Rhône-Alpes	80 000	80 000	Masque «tour de cou» face bleu polyamide/élasthanne et avec insert fourni mis en place (1B)	MED-1098	En cours de test	378	98	Non testé	Non testé	Masque classique bec de canard PP80 non tissé 145*200 (2)	MED-1098	En cours de test	618	72	Non testé	Non testé																																									
Société nouvelle tissages Carret	Valerie Vidaud 04 76 05 85 85	St Genix sur Guiers	73	Auvergne-Rhône-Alpes	80 000	175 000	Masque Tissu blanc et violet, attaches élastiques.	MED-1177	En cours de test	143	88,9	Non testé	Non testé	54197-SNTC002	MED-1297	En cours de test	300	86	Non testé	Non testé																																								
Technologistique	Aurélie CHENE	Aulnat	63	Auvergne-Rhône-Alpes	15 000	25 000	A : 3 mm - Masque tri couche extérieure rouge –insert molleton blanc –couche intérieure blanc	MED-1144	En cours de test	746	88	Non testé	Non testé	B : 5 mm – Masque tri couche extérieure rouge –insert molleton blanc –couche intérieure blanc	MED-1144	En cours de test	674	85	Non testé	Non testé	Masque avec insert	MED-1311	En cours de test	127	96	Non testé	Non testé																																					
Thonic Innovation	contact@thonic.care 06 32 82 07 67	Monistrol-sur-Loire	43	Auvergne-Rhône-Alpes	2 500	5 000	Masque blanc 3 couches. Attache large bande	MED-1288	En cours de test	384	86	Non testé	Non testé																																														
Thuasne	service.conseil@thuasne.fr 04 77 81 40 40	Saint-Etienne	42	Auvergne-Rhône-Alpes	3 000	70 000	Masque PA 100%, tricot, tricotage en forme	MED-1012	En cours de test	121	99,5	Non testé	Non testé	Masque Polyester microfibre 92% Elasthane 0,5 % Viscose 7,5 %"	MED-1013/MED-1389	Lavable au moins 15 fois*	99,3	99,5	147	100	A = TR66 lisere (A) bleu marine	MED-1123	En cours de test	203	98,8	Non testé	Non testé																																			
Tissages de Charlieu (LTC)	info@ltc-jacquard.com 04 77 60 00 44	Charlieu	42	Auvergne-Rhône-Alpes	1 700 000	2 000 000	Masques avec matériau 51% polyester, 48% coton, 1% elasthanne	MED-1097	Lavable au moins 30 fois*	319	98,5	221	97,3																																														
Wair	philippecorre@wair.fr	Lyon	69	Auvergne-Rhône-Alpes	300	2 000	masque	MED-1327	En cours de test	101	100	Non testé	Non testé																																														
Adapei Pro70	kchabod@adapeipro70.fr 06 24 77 15 61	Vesoul	70	Bourgogne-Franche-Comté	12 000	20 000	Masques et tissu	MED-1110	En cours de test	1110	95,3	Non testé	Non testé																																														
Epau-Nova	contact@epaunova.com 03 81 36 28 28	Mathay	25	Bourgogne-Franche-Comté	10 000	20 000	Masque 1	MED-1261	En cours de test	1020	96	Non testé	Non testé	Masque 2	MED-1261	En cours de test	788	98	Non testé	Non testé	Masque 3	MED-1261	En cours de test	563	98	Non testé	Non testé	Coupon	MED-1261	En cours de test	1160	90	Non testé	Non testé																									
Geochanvre F	03.58.46.80.20 - Sandrine Boudier (secteur Nord-Ouest Sud-est): 07 76 06 41 46 Thomas Faure (secteurs Sud-Est Nord-Est-IDF Export): 6 06 34 50 54 65	Léoinnes	89	Bourgogne-Franche-Comté	30 000	250 000	Masque Barrière Bio	MED-1094	Usage unique	395	86,2	Usage unique	Usage unique	Masque bec de canard	MED-1212	Usage unique	549	89	Usage unique	Usage unique	Patron	MED-1208	Usage unique	350	87	Usage unique	Usage unique																																			
RKF Luxury Linen	Hanane Faribs hananed@rklgroup.fr +33 6 23 42 10 30	Belfort / Luxeuil les Bains	90/70	Bourgogne-Franche-Comté	-	100 000	EVO 40 PK disposé en double couches (Freudenberg)	MED-1099	En cours de test	162	95,1	Non testé	Non testé																																														
Les Ateliers FIM	Jacques Martin-Lalande	Fougères / La Flèche / Brulon / Villemandeur	35/72/45	Bretagne / Pays de la Loire / Centre-Val de Loire	45 000	70 000	B (non lavé)	MED-1168	Usage unique	96,5	78,8	63,5	n/a	FIM ALP lavable	MED-1478	En cours de test	105	98	Non testé	Non testé																																								
Pavoifrites	02 47 05 32 73 cjp-pavoifrites@pavoifrites.com	Tours	37	Centre-Val de Loire	3 500	3 500	N4	MED-1161	En cours de test	151	82	Non testé	Non testé																																														
Atelier d'Ariane	Véronique Granata - veronique@ateliersdariane.fr 06 25 28 91 03	Lavau	10	Grand Est	70 000	70 000	CONF TEQ	MED-1042	Usage unique	145	99,7	Usage unique	Usage unique																																														
Berjac	contact@berjac-sas.fr 03 29 34 01 76	Dogneville	88	Grand Est	25 000	40 000	Masques A Grenoble – Masque B Nanterre	MED-1090	Lavable au moins 5 fois	298	84,1	130	96,6	Masque bec de canard	MED-1221	En cours de test	267	94	Non testé	Non testé																																									
Bonneterie Chantecler	Thomas Deblaie - t.deliae@chantecler.fr 03 25 41 71 68	St Pouange	10	Grand Est	13 500	105 000	masques profilé	MED-1060	Lavable au moins 5 fois*	142	96,5	137	99,1																																														
Dodo	Christian Erbetta masques@dodo.fr	Saint Avolde	57	Grand Est	30 000	30 000	ref E	MED-1257	En cours de test	806	95	Non testé	Non testé	ref H	MED-1257	En cours de test	252	98	Non testé	Non testé																																								
Freudenberg Performance Materials (Pôle textile Alsace)	commercial@textile-alsace.com	Guebwiller	68	Grand Est	100 000	200 000	EVO 40 PK disposé en double couches	MED-1099	En cours de test	162	95,1	Non testé	Non testé	masque PTA EVO 80 PK	MED-1099	En cours de test	152	84,9	Non testé	Non testé	Complexe 1 : A/B/A	MED-1335	En cours de test	558	93	Non testé	Non testé	Complexe 2 : A/C/A	MED-1335	En cours de test	510	94	Non testé	Non testé	Complexe 3 : A/D/A	MED-1335	En cours de test	633	91	Non testé	Non testé	"Complexe 4 : A/E/A"	MED-1335	En cours de test	601	92	Non testé	Non testé								
Garnier-Thiebaut	contact@garnier-thiebaut.fr 03 29 60 30 30	Gerardmer	88	Grand Est	17 500	25 000	Modèle B « oeil blanc »	MED-1091	En cours de test	144	97,4	Non testé	Non testé	Modèle C - vert	MED-1091	En cours de test	185	84,1	Non testé	Non testé																																								
HDPR (Housse de Protection Robotique)	contact@hdpr.fr 07 82 25 32 28	Andelot-Blanccheville	52	Grand Est	1 000	1 000	masque B	MED-1127	En cours de test	450	95,2	Non testé	Non testé																																														
Laboral	Audrey.mayolle@laboral.fr	Dambach la ville	67	Grand Est	40 000	60 000	Masque marron état neuf	MED-1281	Lavable au moins 5 fois*	125	100	207	100																																														
Lacoste Opération	M. Robin Chabrier - rchabrier@lacoste.com +33 7 84 26 03 87	Troyes	10	Grand Est	38 000	38 000	Matériau de la couche interne seule (B)	MED-1069	En cours de test	259	98,8	Non testé	Non testé																																														
Meditsyl	meditsyl@wanadoo.fr	Saint André les vergers	10	Grand Est	3 000	3 500	Masque bec de canard blanc	MED-1285	En cours de test	834	98	Non testé	Non testé																																														
Mitwill Textiles Europe	03 89 57 82 73 textiles@mitwill.com	Sausheim	68	Grand Est	125 000	125 000	modèle VSG2 (MED-1158 + 3eme couche)	MED-1275	En cours de test	329	93,8	Non testé	Non testé	Masque bicouche tissu blanc avec attache coton	MED-1158	En cours de test	331	83,4	Non testé	Non testé																																								
Résilience	Stéphanie Dufour - masquesresilience@gmail.com	Ferdrupt	88	Grand Est	600 000	600 000	Masque et tissu en complexe / tiden MED-1088 après 20 cycles de : lavage ménager à 60°C, passage au sèche-linge de 30 minutes, repiéssage ménager à 110°C	MED-1088 / MED-1407	Lavable au moins 20 fois*	288	94,9	420	99	RESILIENCE	MED-1436 MED-1478	Lavable au moins 5 fois*	249	97	330	99																																									
Valrupt TGV Industries	Geoffroy Defer gdefer@val-upt-tgv.com 03 29 23 60 60	Rupt-sur-Moselle	88	Grand Est	70 000	300 000	Masques et tissu	MED-1092	En cours de test	341	80,1	Non testé	Non testé	Masque CHR3	MED-1489	En cours de test	173	91,1	Non testé	Non testé		MED-1501	Lavable au moins 30 fois*	161	90,1	126	95,2																																					
Broderies Leveaux	Benjamin POTENCIER 06 07 05 77 73 benjamin@broderies-leveaux.fr	Wallincourt-Selvigny	59	Hauts-de-France	120 000	300 000	NB 3-400 g	MED-1166	En cours de test	359	91	Non testé	Non testé	NB 245 g	MED-1166	En cours de test	432	85	Non testé	Non testé																																								
Chargeurs PCC / Lainière de Picardie	Déborah BERGER orders_LS@chargeurs-pcc.com 03 22 83 83 55	Buire Courcelles	80	Hauts-de-France	500 000	5 000 000	Matériau H - LH013	MED-1259	En cours de test	144	97,3	Non testé	Non testé	Matériau D - LH001/R	MED-1259	En cours de test	344	79,9	Non testé	Non testé	Matériau E - LH010	MED-1259	En cours de test	368	82,2	Non testé	Non testé	Matériau F - LH011	MED-1259	En cours de test	163	84,5	Non testé	Non testé	Matériau G - LH012	MED-1259	En cours de test	437	82,1	Non testé	Non testé	Matériau biface gris/blanc	MED-1081	En cours de test	397	75,1	Non testé	Non testé								
ETS MALTERRE SARL	contact@etsmalterre.com 0687118711	Moreuil	80	Hauts-de-France	22 000	35 000	masque MA-OF blanc	MED-1246	Lavable au moins 5 fois*	252	92	165	97	masque MA-OF avec doublure MA-128/13 beige	MED-1246	Lavable au moins 5 fois*	201	96	104	98	masque MA-OF avec doublure MA-479/1 marron	MED-1246	Lavable au moins 5 fois*	150	95	188	93																													

Version du 16 avril 2020 - 19h30

Entreprise	Contact commercial	Ville	Département	Région	Volume de production par semaine (début avril)	Montée en cadence possible (par semaine à fin avril)	Matériau 1							Matériau 2							Matériau 3							Matériau 4							Matériau 5							Matériau 6							Matériau 7						
							Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage	
										Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm
Fremaux - Delorme		Haubourdin / Nieppe	59	Hauts-de-France	3 000	1 000	Masque (3 echantillons similares	MED-1101	En cours de test	135	80,7	Non testé	Non testé																																													
Mortelecque	http://www.mortelecque.com/fabricant-filtration-industrielle-france.html contact@mortelecque.com 03 20 56 66 69	Provin	59	Hauts-de-France	25 000	30 000	PE/PE 401	MED-1077	En cours de test	203	98,2	Non testé	Non testé	PE/PE 501	MED-1077	En cours de test	123	99,7	Non testé	Non testé	361 C517EX	MED-1077	En cours de test	282	95,7	Non testé	Non testé	PE/PE 25 microns	MED-1077	En cours de test	989	77,2	Non testé	Non testé	PE/PE 50 microns	MED-1077	En cours de test	1080	83,2	Non testé	Non testé															
Mtechnologies	contact@m-technologies-online.com 03 62 72 61 37	Tourcoing	59	Hauts-de-France	500	1 000	Masques	MED-1113	Usage unique	579	73	Usage unique	Usage unique																																													
UTFI	masque@uttyarns.com 08 30 80 15 86	Tourcoing	59	Hauts-de-France	2 800	4 200	Masque tissu élastique vert avec insert	MED-1039	En cours de test	296	97,5	Non testé	Non testé																																													
VANDERSCHOOTEN (producteur) / NORLINGE (distributeur)	Bernard VANDERSCHOOTEN bernard@vanderschooten.com 03 20 44 07 20 Nicolas SIX nsix@norlinge.fr 03 20 44 07 21	Nieppe	59	Hauts-de-France	37 000	82 000	D03-10001-MA5004-NEU	MED-1105	En cours de test	163	96,6	Non testé	Non testé																																													
Belice	Jean Claude Smadja - tissusrenee@gmail.com 02 37 30 28 91	Pierrefitte	93	Île-de-France	5 000	10 000	Masque tri couche blanc	MED-1218	En cours de test	109	93,3	Non testé	Non testé																																													
Cocoà&rico	Jules de Breucyck 06 78 81 53 71 Jules@cocoetrico.com	Paris	75	Île-de-France	50 000	100 000	Masque A	MED-1138	En cours de test	568	75,4	Non testé	Non testé																																													
Mask generation	Simon Sow - contact@maskgeneration.com 06 75 89 43 61 01 64 68 95 49	Champs-sur-Marne	77	Île-de-France	10 000	100 000	Alternative DGA - Filtre 2 couches filtrantes à disposer à l'intérieur du masque	MED-1055 MED-1070	En cours de test	187	> 99,9	Non testé	Non testé																																														
Oscar de la table	Xavier Akoka - webmaster@oscardelatable.com 07 64 08 42 01 - 06 12 13 30 78	Paris	75	Île-de-France	48 600	250 000	JTEX 2407/R5C	MED-1136	Usage unique	563	90,3	Usage unique	Usage unique																																													
Textile Events	m.sobe@textile-events.fr	Stains	93	Île-de-France	10 000	20 000	Matériau A	MED-1148	En cours de test	150	83	Non testé	Non testé	Matériau I - 2 couches	MED-1148	En cours de test	219	87	Non testé	Non testé	Matériau J - 3 couches	MED-1148	En cours de test	144	94	Non testé	Non testé																																	
Verticale	verticale88@free.fr	Neuilly sur seine	92	Île-de-France	800	800	Masque	MED-1226	En cours de test	208	75	Non testé	Non testé																																													
Belinac	antoine@belinac.com	Saint Just Saint Rambert	42	Loire	8 000	10 000	507	MED-1229	En cours de test	159	82	Non testé	Non testé																																													
Balsan	Chantal Grillon - 06 70 96 36 58 - chantal.grillon@groupemarck.fr	Multiples	Multiples	Multiples	70 000	250 000	A : HD (Alpes)	MED-1102	En cours de test	212	95	Non testé	Non testé																																													
Ateliers Grandis	https://leatelersgrandis.fr/ 02 33 91 17 60	Saint Pair Sur Mer	50	Normandie	60 000	270 000	Alternative DGA Matériau 1 : une seule couche externe + une couche interne (mousse)	MED-1050	En cours de test	173	84,4	Non testé	Non testé	modèle n°4 non-lavé	MED-1192	En cours de test	540	73,1	Non testé	Non testé																																									
Liste Rouge	contact@listerouge.fr - 01 43 59 45 68	Condé sur Noireau	14	Normandie	7 500	7 500	Modèle 1	MED-1086	En cours de test	583	99,95	Non testé	Non testé	Modèle 2	MED-1086	En cours de test	377	100	Non testé	Non testé																																								
Romain Briffault	Florence BRIFAULT - florence@romainbriffault.fr - 06 52 38 58 56	Morgny la Pommeraye	76	Normandie	1 800	2 500	Masque et tissu	MED-1118	En cours de test	188	79,5	Non testé	Non testé	N°5 - D	MED-1294	En cours de test	112	85	Non testé	Non testé																																								
Tricots Saint James	Fabienne Maudult - fabienne.maudult@saint-james.fr - 02 61 41 05 59	Saint-James	50	Normandie	12 000	250 000	Masques et matériaux 3 couches / molleton (cf. test MED-1076) lavé 10 fois	MED-1076 / MED-1402	Lavable au moins 10 fois*	177	95,3	165	99	Rayé blanc bleu	MED-1242	En cours de test	119	100	Non testé	Non testé																																									
Kiplay	geraultpradal@kiplay.com	Saint Pierre d'Entremont	61	Normandie	6 500	100 000	Masque ALPX	MED-1436 MED-1489	Lavable au moins 5 fois*	211	90	161	95,7	Masque AJB	MED-1489	En cours de test	270	97,7	Non testé	Non testé																																								
Amarine Couture	M. Pierre NOGALES	Saintes	17	Nouvelle-Aquitaine	5 000	7 500	Masque B : Chirurgical avec lacet	MED-1160	Lavable au moins 10 fois*	357	85,2	Non testé	Non testé																																														
DSL	Jean-Luc Lagrave	Capbreton	40	Nouvelle-Aquitaine	5 000	5 000	B : Masque blanc en crêpe infroissable, 95 % polyester, 5 % élasthanne	MED-1151	En cours de test	159	74	Non testé	Non testé																																														
Etablissements Lepere Ouoport	Bertrand Lepère 06 75 23 39 96 lepere@ouoport.fr	Nay	64	Nouvelle-Aquitaine	2 500	2 500	Maille A	MED-1142	En cours de test	187	97,6	Non testé	Non testé	Maille I	MED-1204	En cours de test	365	99	Non testé	Non testé	Maille F	MED-1142	En cours de test	193	96,3	Non testé	Non testé	Maille I	MED-1142	En cours de test	277	90,2	Non testé	Non testé	Maille K	MED-1142	En cours de test	225	84,3	Non testé	Non testé	Maille D	MED-1142	En cours de test	109	93	Non testé	Non testé								
Nextembalage	contact@next-emballage.fr	Nersac	16	Nouvelle-Aquitaine	500 000	500 000	next safe	MED-1249	Usage unique	513	96	Usage unique	Usage unique	Polyester non tissé	MED-1293	Usage unique	539	95	Usage unique	Usage unique																																								
Open Act	Walbrou Ingrid 06.12.51.49.89 Ingrid.walbrou@gmail.com	Saint Nicolas de la Balerme	47	Nouvelle-Aquitaine	1 300	4 300	Lot 1 à 4	MED-1217	En cours de test	733	95,1	Non testé	Non testé																																														
PLIM	Arabelle 07 57 45 91 98 kam@plim.fr	MELLE POITIERS LIMOGES	79 86 87	Nouvelle-Aquitaine	7 500	20 000	RP 2065	MED-1237	En cours de test	210	98	Non testé	Non testé	RP 2065	MED-1237	En cours de test	174	98	Non testé	Non testé	RP 2065	MED-1237	En cours de test	241	96	Non testé	Non testé	RP 2065	MED-1237	En cours de test	155	92	Non testé	Non testé	Matériau du JERSEY 2 couches	MED-1040	En cours de test	585	73,3	Non testé	Non testé															
Radiante Groupe ESSITY		Châtellerault	86	Nouvelle-Aquitaine	3 000	10 000	EPI 1	MED-1338	En cours de test	115	98	Non testé	Non testé																																														
Stores Dublanc ALS Confort		Aire sur l'adour	40	Nouvelle-Aquitaine	280	280	tissu pur coton 150g/M2 et molleton coton 300g/M2	MED-1352	En cours de test	187	97	Non testé	Non testé																																													
Eminence	masque@eminence.fr	Aimargues Deux (Roumanie)	30	Occitanie	85 000	140 000	E129	MED-1121	En cours de test	272	95	Non testé	Non testé	A	MED-1232	En cours de test	344	99,6	non testé	Non testé	B	MED-1232	En cours de test	373	91,2	Non testé	Non testé																																
ETS Crambes	Benoit Besnault	Caussade	82	Occitanie	5 400	5 400	Prototype (A) : coton + micropolaire	MED-1131	En cours de test	141	90,2	Non testé	Non testé	Prototype (B) coton + gaibar	MED-1131	En cours de test	256	89,3	Non testé	Non testé	Prototype (C) coton + molleton	MED-1131	En cours de test	146	94,7	Non testé	Non testé																																
Jules Tournier		Mazamet	81	Occitanie	1 000	45 000	J1490M	MED-1351	En cours de test	171	93	Non testé	Non testé	PJ015M	MED-1351	En cours de test	154	92	Non testé	Non testé																																							
Missègle		Burlat	81	Occitanie	3 000	20 000	A: Masque tissu 3 couches	MED-1262	En cours de test	97	95,5	Non testé	Non testé	D: masque tricot	MED-1262	En cours de test	115	99,7	Non testé	Non testé																																							
Sericyne	Laure Girardet - masques@sericyne.fr - +33 4 66 78 88 04	Monoblet	30	Occitanie	500	1 000	Matériau soie triple épaisseur	MED-1036	Usage unique	1080	80	Usage unique	Usage unique																																													
Sonefi	sonefi@wanadoo.fr - 04 66 82 54 35	Saint Laurent des Arbres	30	Occitanie	3 500	3 000	Peutre laine B1601	MED-1111	En cours de test	516	95,5	Non testé	Non testé																																													
Bancarel Housses	r.chamorot@bancarel.com	Rodez et Vitry/Seine	12 et 94	Occitanie et Île-de-France	1 000	20 000	2B	MED-1189	En cours de test	835	91	Non testé	Non testé	2B	MED-1222	En cours de test	1120	85	Non testé	Non testé																																							
Annelise Morin	06 61 53 93 62 commercial@la-vague.com	Champagne	72	Pays de la Loire	5 170	7 500	LVHD-1 avec matière ALPEX HD	MED-1268	Lavable au moins 5 fois*	212	95,5	148	95,5																																													
Mode Grand Ouest	contact@modegrandouest.fr - 02 41 75 29 29	Cholet	49	Pays de la Loire	208 008	200 000	Léa	MED-1071	Usage unique	632	85,7	Usage unique	Usage unique	Pascal	MED-1071	Usage unique	458	97,5	Usage unique	Usage unique	Matériau alternatif DGA	MED-1071	Usage unique	112	95	Usage unique	Usage unique	Matériau blanc 2 couches	MED-1071	Usage unique	632	85,7	Usage unique	Usage unique	Pascal blanc	MED-1390	Usage unique	482	99	Usage unique	Usage unique															
Real Stamm / Royal Mer	Roland Coulombel roland.coulombel@royal-mer.com	La Regrippière	44	Pays de la Loire	30 000	50 000	Fil tricoté 100% coton - Ref DGA - RP 3518 MED 1164	MED-1164 (état neuf) ; MED-1379 (5 lavages)	Lavable au moins 5 fois*	209	93	107	97	PROTEK 5 - Tissu confectionné coton/polyester - RF 2096 Ref DGA - 1235	MED-1235	En cours de test	268	96	Non testé	Non testé	Protock_1	MED-1253	En cours de test	512	74	Non testé	Non testé	Protock_2 Fil tricoté coton/polyester - Ref DGA - RP 2077 MED-1253	MED-1253	En cours de test	116	99	Non testé	Non testé	Protock_3	MED-1253	En cours de test	102	95	Non testé	Non testé	Protock_7	MED-1317	En cours de test	383	100	Non testé	Non testé								
Sedem	https://www.sedem.com/fr/ 02 51 93 10 03	Failleron	85	Pays de la Loire	8 000	10 000	Masque bec de canard noir version 1	MED-1207	Lavable au moins 5 fois*	137	95	109	99	Masque rouge version 2	MED-1207	Lavable au moins 5 fois*	181	98	368	99	Masque blanc et rouge	MED-1031	En cours de test	334	87,5	Non testé	Non testé	Masque blanc	MED-1031	En cours de test	512	86,3	Non testé	Non testé																							
TDV Industries	Paul Devilder	Laval	53	Pays de la Loire	-	200 000	N°9 B	MED-1290	En cours de test	129	82	Non testé	Non testé	N°10 C	MED-1290	En cours de test	147	75	Non testé	Non testé																																							
Mullez-Flory	Régis de Montclos r.demontclos@mullez-flory.fr Christophe Petit c.petit@mullez-flory.fr	Le Longeron	49	Pays de la Loire	10 000	35 000	B lavé	MED-1306	Lavable au moins 5 fois*	197	95	168	99,8																																													
13 ACTIPIK	atipik13@gmail.com	Marseille	13	Provence-Alpes-Côte d'Azur	2 000	8 000	Masque M01	MED-1129	En cours de test	335	95,3	Non testé	Non testé																																														
Fil Rouge	contact@filrouge-mode.fr 04 91 42 07 88	Marseille	13	Provence-Alpes-Côte d'Azur	6 000	20 000	Masque Prototype 1 – Blanc	MED-1117	En cours de test	162	96,9	Non testé	Non testé	Masque Prototype 2 – Blanc	MED-1117	En cours de test	233	96,2	Non testé	Non testé	RP 20-2257 PROTOTYPE 5A	MED-1436	En cours de test	147	97	Non testé	Non testé																																	
Le Toile du boulanger	Lionel Peturel 06 58 29 18 20 masque@toileduboulanger.com	Aubagne	13	Provence-Alpes-Côte d'Azur	800	1 200	B	MED-1182	En cours de test	127	95,7	Non testé	Non testé	C	MED-1182	En cours de test	162	98,1	Non testé	Non testé																																							
Balenciaga							Masque n°2	MED-1203	En cours de test	534	96	Non testé	Non testé	Masque n°5	MED-1203	En cours de test	492	96	Non testé	Non testé																																								
Bluebuck Clothing	pierre@retailfactor.com	Portugal			20 000	50 000	Masque blanc bi couche avec attache élastique	MED-1154	En cours de test	218	99,5	Non testé	Non testé																																														
Coetex	Romain Dendievel - coetex@live.be - 03 24 75 30 96 35	Herinnes-Lez-Pecq, Belgique			6 000	6 000	PA66	MED-1000	Lavable au moins 5 fois	237	93,1	134	96,1	Masque deux élastiques niveau chaque oreille + 1 poche interne insert potentiel	MED-1001	En cours de test	133	98,86	Non testé	Non testé																																								
Cellulotech							5 - papier 4 couches traité par chromatopénie	MED-1411	En cours de test	105	98	Non testé	Non testé																																															
Chantelle Lingerie	contact.masques@groupechantelle.com	Tunisie Thaïlande Vietnam			80 000	450 000	E	MED-1241	En cours de test	135	98,1	Non testé	Non testé	Proto 2	MED-1174	En cours de test	256	90	Non testé	Non testé	D	MED-1241	En cours de test	223	90,7	Non testé	Non testé	Proto 1	MED-1174	En cours de test	390	76	Non testé	Non testé																							
Hanes France/DIM	LEGRAND Maxime <maxime.legrand@hanes.com>	Vietnam			150 000	1 000 000	Masque facial textile	MED-1316	Lavable au moins 5 fois*	328	91	255	94																																													
Latertex	moju.equipement@gmail.com	Portugal			5 000	12 500	Modèle A Lavé à 60° 30 g	MED-1239	En cours de test	892	94	Non testé	Non testé	Modèle B Lavé à 60° 60 g	MED-1239	En cours de test	615	95,2	Non testé	Non testé																																							
Noyoco Studio	Eric Nemo eric@noyoco.com 0603192988 masques@noyoco.com	Portugal			35 000	80 000	Alternative DGA Masque 3 couches :opaline+molletin	MED-1096	En cours de test	381	94,5	Non testé	Non testé	Modèle 4	MED-1296	En cours de test	325	94	Non Testé	Non Testé																																								

Version du 16 avril 2020 - 19h30

Entreprise	Contact commercial	Ville	Département	Région	Volume de production par semaine (début avril)	Montée en cadence possible (par semaine à fin avril)	Matériau 1							Matériau 2							Matériau 3							Matériau 4							Matériau 5							Matériau 6							Matériau 7						
							Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage		Nom	Référence DGA	Lavable / usage unique	Etat neuf		Après lavage	
										Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm				Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm	Perméabilité à l'air à 100 Pa	Performance filtration 3 µm
Poyet Motte	Alain Couble - 06 37 43 06 81 Valérie Bied - 04 74 64 79 31	Vietnam			200 000	400 000	FACE MASK VERSION 1	MED-1155	En cours de test	243	98,4	Non testé	Non testé																																												

* Les lavages ont été réalisés sous la responsabilité du fabricant

Légende :

- perméabilité à l'air (en L.m-2.s-1) > 96 pour une dépression de 100 Pa
- efficacité de filtration des particules de 3 µm émises > 90%
- efficacité de filtration des particules de 3 µm émises > 70%

N.B. Ce tableau dont seule la dernière version fait foi, présente les résultats en filtration et en perméabilité issus des tests réalisés sur les matériaux. L'intégralité des résultats figure dans les rapports de test dont les références sont indiquées dans le tableau.